

内乡县疾控中心PCR实验室建设项目中标结果公告

- 一、项目编号: 4113250420200914002
二、项目名称: 内乡县疾控中心PCR实验室建设项目
三、中标信息
定标日期: 2020年10月10日
供应商名称: 辉瑞(山东)环境科技有限公司
供应商地址: 济南市天桥区名泉春晓二期工程C地块公建1406室
中标金额: 人民币贰佰柒拾叁万贰仟捌佰伍拾元整(¥2732850.00元)

四、主要标的信息

名称	品牌	规格型号	数量	单价
全自动医用PCR分析系统	上海仁度生物科技有限公司	1、核酸提取、扩增反应、数据分析一体机 2、随时连续上样、随到随检、实时报告 3、样本类型:支持血清、尿液、拭子和粪便 4、出第一个检测结果时间≤100分钟, 8小时检测标本量≥200个检测; 24小时≥700个检测 5、荧光检测重复性变异系数 CV≤5%; 荧光检测精密度变异系数≤15% 6、仪器整机尺寸不大于: 1420mm*850*1000mm	1台	1560000.00
高压灭菌锅	山东博科消毒设备有限公司	1. 额定工作压力 0.22Mpa, 2. 额定工作温度 134℃, 使用温度 105~136℃ 3. 容积: 75L, 功率: 4700W 4. 产品符合 YY1007-2010 标准, 并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。 5. 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢 SUS304 材质制成, 内部抛光处理, 汽水内循环。	2台	24000.00

五、评审专家名单

杨耀富(组长)、李富克、陶炜、丁长菊、谢涛(采购人代表)

六、代理服务收费金额

代理服务收费金额: 34061元

七、公告媒介及期限

本项目结果公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·内乡县)》网站上同时发布。

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1、本项目招标公告发布日期: 2020年9月14日

2、各有关当事人对中标结果有异议的, 可以在公告期后七个工作日内, 以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字), 由法人代表或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交(邮件、传真件不予受理), 并以有效质疑函接受确认日

期为受理时间。逾期提交或未按要求提交的质疑函将不予受理。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：内乡县疾病预防控制中心

地址：内乡县城关镇大成路西段

联系人：李明学

联系方式：13937748210

2. 监督部门：内乡县财政局

地址：内乡县城关镇县衙西路 228 号

联系人：时一博

联系电话：0377-65350903

统一社会信用代码：11411325006047256P

3. 采购代理机构信息

名称：河南省启元招标代理有限公司

地址：南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场 B 座 20 号楼 1115A

联系人：刘荷珍

联系方式：0377-63218666 18613770703

4. 项目联系方式

项目联系人：刘荷珍

电话：0377-63218666 18613770703

发布人：河南省启元招标代理有限公司

发布日期：2020 年 10 月 10 日

同意发布
李学